



الجامعة السورية الخاصة  
SYRIAN PRIVATE UNIVERSITY

## إعلان استدراج عروض

تعلم الجامعة السورية الخاصة عن حاجتها لاستدراج عروض أسعار لتقديم وتركيب وحدات سنوية (عدد 80 ثمانون) وفق الشروط الفنية المرفقة بهذا الإعلان.

مع الإشارة إلى أن تقديم وتركيب الوحدات سيكون في موقع الجامعة الدائم في خيارة دنون - ناحية الكسوة - مفرق دير علي.

فعلى الراغبين من ذوي الخبرة والاختصاص تقديم عروضهم الفنية والمالية مرفقة بشيك مصدق باسم الجامعة السورية الخاصة بما يعادل (5%) من قيمة العرض المالي المقدم وذلك في ديوان الجامعة المركزي الكائن في المزة اتوستراد - مقابل ملاعب الجلاء.

وذلك حتى نهاية الدوام من يوم الثلاثاء الموافق في 2019/6/25.

للاستفسار الاتصال على الرقم: 0935550380

رئيس الجامعة السورية الخاصة

أ.د. نزيير ابراهيم

## ((المواصفات الأساسية للوحدات السنية في حدها الأدنى))

1. أن تكون الوحدات السنية جديدة و ليست مجددة وأن تكون مصنوعة بتاريخ حديث تحدهه الجهة البائعة.
2. تعمل الوحدات السنية على تغذية كهربائية 220 فولت 50 هيرتز مع وجود محول كهربائي داخلي يحول من 220 فولت إلى 24 و 12 فولت أو أقل من ذلك أو أكثر حسب متطلبات الجهاز وتحدد الجهة البائعة استطاعة الكرسي عند الحمل الأعظمي.
3. يجب أن يستطيع الكرسي حمل و رفع وزن لا يقل عن 150 كغ وسطيا.
4. يجب أن تعمل حركات الكرسي بشكل إنسيابي دون إرتجاج أو تقطيع في الحركة.
5. أن يتوفر في الكرسي مجموعة ذواكر لوضعيات مختلفة و منها ذاكرة لوضعية الإغماء ومنها الذاكرة صفر.
6. أن تكون الوحدة السنية مزودة بصينية أدوات واسعة كبيرة المساحة و متمفصلة مع الكرسي بذراع مرن ومتوازن
7. ذو إضاءة ممتازة هالوجين و الأفضل أن يكون الضوء ليد قابلة للتدرج مع حساس منعاً لملامسة اليد لأجل العقامة بالإضافة إلى وجود زر on - off وأن يكون الضوء محمول على ذراع مرن ومتوازن.
8. أن تكون مزودة بقبضة سيرنغ ماء وهواء عدد 2 واحدة منها على يسار الكرسي للمساعدة السنية.
9. أن تكون الوحدة بثلاث مأخذ توربين ثنائي عدد 2 و واحد رباعي.
10. توفر إمكانية تزويد السيرنغ و التوربين من الماء الرئيسي أو من حوجلة ماء ضمن الوحدة السنية.
11. أن تكون الوحدة السنية مزودة بماصة لعاب و ماصة جراحية تعملان بالتخلية الهوائية وتشغلان بشكل آلي بمجرد رفع الماصة من مكانها وأن تكون هذه الماصات مزودة بفلتر.
12. أن يكون فرش الكرسي من النوع الممتاز المقاوم وغير ممتص للسوائل.
13. أن تكون سطوح الوحدة السنية قابلة للتعقيم بمعقمات السطوح المناسبة دون أن تتأثر أو تصطبغ بها بشكل غير ردود أو غير قابل للإزالة.
14. أن تكون الوحدة السنية مجهزة بمنظم ضغط هواء ومصيدة رطوبة ومجهزة بفلتر للماء الداخل.
15. وجود إمكانية تحكم في حركة الكرسي وأوامره عن طريق دواسة القدم بالإضافة إلى التحكم عن طريق الصينية و لوحة المساعدة وأن تكون حركات الكرسي مزودة بميكروسويتش لتحديد شوط ارتفاع وانخفاض الكرسي.
16. أن تزود كل وحدة بكرسي طبيب متناسب مع الوحدة.
17. أن تكون خراطيم التوربين والسيرنغ من الأسفل.
18. أن تكون الوحدة السنية مطابقة للمواصفات القياسية الأوروبية وأن يقدم البائع شهادات الجودة ومطابقة المواصفات ويشترط أن تكون الوحدة السنية من منشأ أوربي أو ياباني أو كوري أو امريكي.